




---

# Remote Microphone+

BRUGER MANUAL







## Indholdsfortegnelse

---

Overblik .....	2
Grundlæggende brug .....	6
Daglig brug.....	8
Sådan bæres Remote Microphone+ .....	10
Parring med høreapparater .....	11
Parring med Bluetooth-enheder .....	13
Sådan bruges Input-tilstandsknappen.....	14
Remote Microphone+ .....	14
Bluetooth-telefoni og -lyd.....	15
Teleslyngesystem .....	17
FM-system.....	17
Signalindgang .....	17
Start/Stop lydstreaming.....	18
Sådan samles strømadapteren .....	19
Fejlfinding.....	20
Sikkerhedsoplysninger .....	24
Lovbestemmelser.....	27

## 2 | Overblik

---

Remote Microphone+ er designet til streaming af lyd fra forskellige lydkilder direkte til dine trådløse 2,4 GHz høreapparater.

Når den bæres af en, der taler på afstand, i støjende omgivelser, fungerer Remote Microphone+ som høreteknisk hjælpemiddel. Remote Microphone+ kan også fungere sammen med de følgende lydkilder:

- Bluetooth A2DP-profil (eksempelvis musik)
- Bluetooth-håndfri profil (telefonsamtaler)
- Teleslyngesystemer
- FM-systemer
- Signalindgang


**Streaming:** Lyd overføres trådløst fra Remote Microphone+ direkte til dine høreapparater.

### Pakkens indhold

- Remote Microphone+
- Strømadapter
- USB-microUSB-kabel
- Brugermanual

### Muligt tilbehør

- Europin FM-modtager
- Signalindgangskabel (varenummer 91259-000)
- Halssnor (varenummer 91324-000)



- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Multifunktionsknop  | 6. Input-tilstands-LED'er |
| 2. Statusindikator-LED | 7. Input-tilstandsknop    |
| 3. Mikrofoner          | 8. MicroUSB-stik          |
| 4. FM-modtagerstik     | 9. Lydstyrkeknapper       |
| 5. Klemme              |                           |

## 4 | Overblik

### Overblik

1. Multifunktionsknap
  - Styrer driftstilstanden for Remote Microphone+
2. Statusindikator LED
  - Identificerer driftstilstanden af Remote Microphone+

LED	DRIFTSTILSTAND
Slukket	Der er slukket for strømmen
Grøn (langsomt blink)	Der er tændt for strømmen, men der er ingen aktiv Bluetooth-forbindelse
Blå (langsomt blink)	Der er tændt for strømmen, og der er en aktiv Bluetooth- forbindelse
Rød (langsomt blink)	Lav batteristand
Rød (blinker ikke)	Mulig fejltilstand

3. Mikrofoner
  - Opfanger talerens stemme ved brug af Remote Microphone+
  - Opfanger din stemme ved Bluetooth-telefonsamtaler
4. FM-modtagerstik
  - Accepterer Europin FM-modtagere

5. Klemme
  - Til fastgørelse af Remote Microphone+ på tøj eller halssnor
6. Input-tilstands-LED'er
  - Identificerer lydkilden

IKON	LYDKILDE
	Remote Microphone+ (se side 14)
	Bluetooth-telefoni -og lyd (se side 15)
	Telesyng (se side 17)
	FM-system (se side 17)
	Signalindgang (siehe Seite 17)


7. Input-tilstandsknap
  - Ændrer lydkilden
8. MicroUSB-stik
  - Oplades med USB-microUSB-kabel
  - Afspiller signalindgangslud via tilbehørskabel
9. Lydstyrkeknapper
  - Justerer streaming-lydstyrken

Tip: Lydstyrken for streaming kan også justeres via Thrive-hørekontrol-appen, 2,4 GHz Remote og/eller høreapparaternes knapper. Læs brugermanualen for dine høreapparater, eller kontakt din høreapparatspecialist for at få oplysninger om opsætning af dit specifikke system.


## 6 | Grundlæggende brug

### Grundlæggende brug


1. Tænd for Remote Microphone+ ved at trykke på multifunktionsknappen i 3 sekunder, og slip den, når den grønne LED tændes.
2. Sørg for, at der er tændt for dine høreapparater.
  - **Bemærk:** Før der kan streames lyd første gang, skal dine høreapparater parres med Remote Microphone+. Der henvises til **Parring med høreapparater** på side 11.
3. Sådan startes lydstreaming
  - Start Thrive-hørekontrol-appen, og vælg Start Streaming fra Tilbehørskærmen.
  - Se Start/Stop lydstreaming på side 18 for flere valgmuligheder.
4. Lydkilden ændres ved at trykke på og slippe inputtilstandsknappen. Fortsæt, indtil du kommer til den ønskede input-tilstand.



1




2



4



5. For at tilgå lyd fra en Bluetooth-enhed  skal den være forbundet til Remote Microphone+ (angivet med langsomt blinkende blå status-LED).



- **Bemærk:** Inden du streamer Bluetooth-lyd første gang, skal du parre din Bluetooth-enhed med Remote Microphone+. Se **Parring med Bluetooth-enheder** på side 13.




5

6. Juster streaming-lydstyrken med + eller – knappen.

7. Gør en af følgende for at afbryde streamingen:

- Sluk for Remote Microphone+.
- Start Thrive-hørekontrol-appen og vælg Stop Streaming fra Tilbehør-skærmen.
- Se **Start/Stop lydstreaming** på side 18 for yderligere valgmuligheder.




6

## 8 | Daglig brug

### Daglig brug

#### Tænd

Tryk på multifunktionsknappen i 3 sekunder, og slip den, når LED-lampen lyser.




#### Sluk

Tryk på multifunktionsknappen i 2 sekunder, og slip den, når LED-lampen slukkes.



#### Lav batteristand

LED-lampen blinker langsomt rødt. Der høres en indikationslyd til høreapparaterne hvert 5. minut.



#### Batterigenopladning

Tilslut microUSB-enden af opladningskablet til microUSB-forbindelsen på Remote Microphone +.



Tilslut USB-enden af opladningskablet til et USB-hunstik på den medfølgende strømadapter.



## Opladningsstatus


Strøm	Opladningstilstand	LED
Slukket	Oplader	Lyser konstant grønt
Slukket	Færdig	Slukket
Tændt	Oplader	Lyser konstant grønt, kortvarigt afbrudt af andre LED-statusoplysninger
Tændt	Færdig	Slukket

Tip: Opladning af Remote Microphone+ kan tage længere tid, hvis der streames lyd imens. Opladning vil gå hurtigere, hvis Remote Microphone+ er slukket.

## 10 | Sådan bæres Remote Microphone+

### Sådan bæres Remote Microphone+

Remote Microphone+ kan fastgøres på tøjet eller bæres på en halssnor. Når din lydkilde er Remote Microphone+ eller en Bluetooth-enhed i telefontilstand, skal Remote Microphone+ helst være højst 20 cm fra den talendes mund.



**Klemme:** Tryk på klemmen som vist. Før klemmeåbningen ud over tøjet, og slip klemmen. Sørg for, at Remote Microphone+ sidder sikkert fast på tøjet.



**Halssnor (valgfri):**

1. Tryk på klemmen som vist.
2. Indsæt halssnorens løkke i klemmeåbningen, og løft løkken imod toppen af klemmen. Slip klemmen. Sørg for, at halssnoren er sikkert fastgjort på Remote Microphone+.
3. Placer halssnoren omkring halsen.



## Parring med høreapparater

For at Remote Microphone+ kan fungere sammen med dine høreapparater skal du først parre Remote Microphone+ med hvert individuelle høreapparat. Du behøver kun at gøre dette én gang, da de automatisk bør genkende hinanden, når de begge er tændt og befinder sig inden for den trådløse rækkevidde.\*

Sådan parres Remote Microphone+ med dine høreapparater:

1. Sørg for, at dine høreapparater ikke er forbundet til Bluetooth-enheder i nærheden. Gør som følger:
  - Deaktiver Bluetooth på din mobiltelefon.
  - Sluk for eventuelle 2,4 GHz TV- eller Remote Microphone+-enheder, som du tidligere har parret med dine høreapparater.
2. Sluk og tænd for dine høreapparater.

**Note:** Hvis du har et CROS-høreapparatsystem, skal du både slukke for dit høreapparat og din CROS-sender. Tænd kun for dit høreapparat, og sørg for, at CROS-senderen forbliver slukket.



\*Typisk rækkevidde er op til 10 meter. Rækkevidden kan blive reduceret af miljømæssige faktorer, såsom forhindringer, interferens og brugerens placering. Større rækkevidde kan opnås, men lyd kvaliteten og forbindelsen kan forringes.

## 12 | Parring

- Placer dine høreapparater inden for en afstand af 15 cm af Remote Microphone+.
- Tryk samtidig på knapperne for Input-tilstand og Lydstyrke op (+) i 7 sekunder, indtil LED-statuslampen blinker skiftevis blå og rød.
- For et sæt høreapparater:

Første LED-blink	Andet LED-blink	Parringsresultat	Næste trin
1	2	Begge høreapparater parret	Færdig
1	2	Kun ét høreapparat parret	Gentag trin 1-5
1	ikke relevant	Ingen høreapparater parret	Gentag trin 1-5.


- For et enkelt høreapparat:

LED-blink	Parringsresultat	Næste trin
1	Gennemført	Færdig
1	Ikke gennemført	Ikke gennemført

## Parring med Bluetooth enheder

For at Remote Microphone+ kan modtage lyd trådløst fra din Bluetooth-enhed skal de først parres:


1. Sørg for, at Remote Microphone+ er tændt og ikke Bluetooth-forbundet til andre enheder (den grønne LED-lampe blinker langsomt).
2. Tryk samtidig på knapperne for Input-tilstand og Lydstyrke ned (-) i 7 sekunder, indtil LED-statuslampen blinker blåt hurtigt.
3. Indstil din Bluetooth-enhed til parringstilstand. Vælg Remote Microphone+, når den vises.
  - **Bemærk:** Du kan se flere oplysninger i brugermanualen for din Bluetooth-enhed.
4. LED-lampen på Remote Microphone+ viser parringsstatus:
  - gennemført – grøn LED i 2 sekunder
  - ikke gennemført – rød LED i 2 sekunder



## Sådan bruges Input-tilstandsknappen

Se aktuell lydkilde

Hvis LED-lampen for Input-tilstand er slukket, kan du trykke på knappen for kortvarigt at tænde LED-lampen.



Skift til alternativ lydkilde

Mens LED-lampen for Input-tilstand lyser, skal du trykke på knappen for at gå videre til den næste tilgængelige lydkilde.




## Remote Microphone+

Remote Microphone+ optimerer automatisk mikrofonindstillingerne i forhold til dens fysiske placering.



Fokus på en enkelt person, når der er baggrundsstøj. Når Remote Microphone+ bæres af en taler, prioriterer den automatisk lyd oppefra og reducerer samtidig lyd kilder fra alle andre retninger.



Lyt til flere talere i nærheden i rolige omgivelser.


Når den placeres vandret i klemmen, modtager den lyd fra alle retninger.





## Bluetooth-telefoni og -lyd

Sådan gennemføres telefonsamtaler (Håndfri profil) (A) Du hører telefonen ringe i dine høreapparater. (B) Remote Microphone+ opfanger din stemme og sender den tilbage til mobiltelefonen.



Sådan lytter du til musik (A2DP-profil) Du hører den streamede musik i dine høreapparater.



### Generel Bluetooth-funktion

Par med Bluetooth-enheder	Remote Microphone+ kan parres med op til 8 Bluetooth-enheder.
Opret forbindelse med en Bluetooth-enhed	Når de begge er tændt og inden for trådløs rækkevidde, bør Remote Microphone+ og den parrede Bluetooth-enhed automatisk oprette forbindelse, og LED-statusindikatoren skal blinke blåt langsomt. Remote Microphone+ kan opretholde forbindelse med op til 2 Bluetooth-enheder samtidig.
Lyt til musik (eller andre streamede lyd-kilder)	Sørg for, at input-tilstanden på Remote Microphone+ er Bluetooth. Afspil lyd på din Bluetooth-enhed, så bliver den automatisk sendt til dine høreapparater.

## 16 | Bluetooth-telefoni og -lyd

### Telefonsamtalefunktioner

Skift til Bluetooth-lydkilde	Når Remote Microphone + detekterer en ind- eller udgående telefonopringning, skifter den automatisk til Bluetooth-lydkilden.
Besvar indgående opkald	Når du hører ringetonen i dine høreapparater, skal du kortvarigt trykke på multifunktionsknappen.
Afvis indgående opkald	Når du hører ringetonen i dine høreapparater, skal du trykke på multifunktionsknappen i mere end 2 sekunder. Slip knappen, når ringetonen stopper.
Afslut opkald	I løbet af en igangværende samtale skal du kortvarigt trykke på multifunktionsknappen.
Overfør opkald fra mobiltelefon til Remote Microphone+	I løbet af et igangværende opkald skal du trykke på multifunktionsknappen i mere end 2 sekunder. Herefter kan du føre samtalen via telefonen. Tryk på knappen igen i mere end 2 sekunder for at føre opringningen tilbage til Remote Microphone+.
Sådan foretages et udgående opkald	Indtast telefonnummeret i din Bluetooth-enhed. Telefonopkaldet bliver automatisk overført til dine høreapparater.




## T Teleslyngesystem

Remote Microphone+ kan modtage lyd fra et teleslyngesystem (findes i visse offentlige bygninger). Det giver den bedste ydeevne, hvis Remote Microphone+ bæres i lodret position. I denne tilstand deaktiverer Remote Microphone+ Bluetooth-forbindelser. Ved udgang fra denne tilstand vil Remote Microphone+ forsøge at genoprette Bluetooth-forbindelse. Det kan være nødvendigt at oprette forbindelse manuelt. Du kan se flere oplysninger i brugermanualen for din Bluetooth-enhed.




## FM-system

Når en valgfri FM-sender forbindes via Europin-forbindelsen, kan Remote Microphone+ modtage lyd fra et FM-system. I denne tilstand kan brugeren bære Remote Microphone+ eller placere Remote Microphone+ på en overflade i nærheden.



## Signalindgang


Når et valgfrit signalindgangskabel forbindes via microUSB-stikket, kan Remote Microphone+ indhente lyd fra en ikke-Bluetooth-aktiveret mobiltelefon, MP3-afspiller, tablet eller computer. I denne tilstand placerer brugeren typisk Remote Microphone+ på en stabil overflade i nærheden.



## 18 | Start/Stop lydstreaming

### Start/Stop lydstreaming

Lydstreaming fra Remote Microphone+ kan startes (eller stoppes) på flere måder:

- Tænd for Remote Microphone+: Lydstreaming starter automatisk i høreapparatet.
- Thrive-hørekontrol-appen: Åbn appen på din mobiltelefon eller tablet. Vælg muligheden for at starte/stoppe streaming fra Tilbehør-skærmen.
- 2,4 GHz Remote: Hvis den er programmeret af din hørespecialist, skal du trykke på Favorit-knappen. 
- Høreapparatbrugerkontrol: Hvis det er forudkonfigureret af din hørespecialist, kan en særlig handling (f.eks. længerevarende tryk på en brugerkontrol) starte/stoppe streamingen.

Lydstreaming stopper også, når:


- Et indgående lydssignal ikke detekteres i Bluetooth-input-tilstand.
- Remote Microphone+ er slukket.

Der kan afspilles en hørbar indikator i dine høreapparater for at angive start/stop af lydstreaming.

## Sådan samles strømadapteren


Remote Microphone+ kan omfatte flere forskellige stikkonfigurationer til brug i forskellige lande. Hvis strømadapteren skal samles:

1. Vælg den relevant stikkonfiguration, der anvendes i dit land.




1

2. Skyd stikket ind i strømadapteren, indtil det klikker på plads.



2

3. Stikket fjernes ved at trykke på tappen og trække stikket væk fra kablet.



3

## Fejlfinding

SYMPTOM	MULIGE ÅRSAGER	LØSNINGER
Et høreapparat (eller begge) mister uventet lydstreaming.	Høreapparaterne kan være i udkanten af den trådløse rækkevidde.	Bevæg dig tættere på Remote Microphone+.
	Batteriniveauet i høreapparatet kan ikke længere understøtte lydstreaming.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Udskift høreapparatets batteri med et nyt.</li> <li>• Oplad dit høreapparat, hvis relevant.</li> </ul>
	Større genstande, såsom møbler eller en væg, kan forringe signalet.	Den bedste ydeevne opnås, når høreapparaterne er inden for synsvidde af Remote Microphone+.
	Trådløs forbindelse med Remote Microphone+ blev afbrudt.	For at genstarte lydstreaming skal du følge trinnene i afsnittet Start/Stop lydstreaming.
Kvaliteten af den streamede lyd er forvrænget.	Lavt batteriniveau i Remote Microphone+.	Genoplad Remote Microphone+.
	Lydkildens lydstyrke er ikke optimal.	Juster lydkildens lydstyrke, indtil der opnås bedre lyd kvalitet.
Kvaliteten af den streamede lyd er ustabil.	<b>Bluetooth-tilstand:</b> Bluetooth-enheden kan være i udkanten af den trådløse rækkevidde.	Flyt Bluetooth-enheden tættere på Remote Microphone+.
	<b>Teleslyngetilstand:</b> Remote Microphone+ er muligvis ikke placeret på en måde, der giver optimal streaming.	Flyt Remote Microphone+ til en lodret position.

SYMPTOM	MULIGE ÅRSAGER	LØSNINGER
Streaming-lydstyrken er for høj eller lav.	Lydstyrken streamet fra Remote Microphone+ til høreapparatet er ikke optimal.	Tryk på lydstyrkeknappen + eller – på Remote Microphone+.
	Lydstyrken er ikke optimal	Juster lydkindens lydstyrke, indtil der opnås bedre lyd kvalitet
<u>Remote Microphone+ tilstand:</u> Svært at høre taleren i støjende omgivelser.	Remote Microphone+ er muligvis for langt væk fra taleren.	Flyt Remote Microphone+ tættere på talerens mund.
	Remote Microphone+ er muligvis dækket af beklædning eller dårligt placeret.	Sørg for, at talerens stemme har fri adgang til Remote Microphone+.
<u>Bluetooth-tilstand:</u> Den opkaldende kan ikke høre din stemme under telefonopkald.	Remote Microphone+ er muligvis for langt væk fra din mund.	Flyt Remote Microphone+ tættere på din mund eller tal højere.
<u>Teleslynge-tilstand:</u> Telefonopkald høres ikke i høreapparaterne.	Bluetooth-forbindelse med mobiltelefoner er deaktiveret i Teleslyngetilstand.	Skift til en anden lyd kilde. Genopret om nødvendigt din Bluetooth-forbindelse.
LED blinker langsomt grønt eller blå, men der høres ingen streamet lyd i høreapparaterne.	Høreapparaterne er ikke klar til at modtage lydstreaming.	For at starte lydstreaming skal du følge trinene i afsnittet Start/Stop lydstreaming.

## 22 | Fejlfinding

SYMPTOM	MULIGE ÅRSAGER	LØSNINGER
LED blinker langsomt grønt eller blåt, men der høres ingen lyd i høreapparaterne.	Høreapparaterne er ikke parret med Remote Microphone+. Der er intet tilgængeligt indgående lydssignal.	Følg trinene i afsnittet <b>Parring med høreapparater</b> . <ul style="list-style-type: none"><li>• Tænd for den elektroniske lydkilde.</li><li>• Slå lydløs tilstand fra, eller skru op for lydstyrken på den elektroniske lydkilde.</li><li>• Sørg for, at der er et teleslynge- eller FM-system i området.</li></ul>
LED lyser rødt konstant.	Mulig fejltilstand.	Sluk for Remote Microphone+, vent 30 sekunder, og tænd så igen.
LED for Input-tilstand blinker hurtigt.	Der mangler noget fra den aktuelle lydkilde.	Tilslut signalindgangskablet, tilslut FM-modtager, eller genopret din Bluetooth-forbindelse.
LED for input-tilstand lyser ikke.	LED for input-tilstand er slukket for at spare batteriet.	Tryk på input-tilstands-knappen for at tænde for input-tilstands-LED'en.
Den ønskede input-tilstand er ikke tilgængelig.	Der mangler noget fra det ønskede input.	Tilslut signalindgangskablet, tilslut FM-modtager, eller genopret din Bluetooth-forbindelse.
Kan ikke parre med mere end én Bluetooth-enhed.	Remote Microphone+ har allerede en aktiveret Bluetooth-forbindelse.	Følg trinene i afsnittet <b>Parring med Bluetooth-enheder</b> .



SYMPTOM	MULIGE ÅRSAGER	LØSNINGER
Uventet tab af TV-lyd (tilvalgsprodukt), samtidig med at LED langsomt blinker blåt på Remote Microphone+.	Nogle Bluetooth-enhederes lyd har højere prioritet end TV-lydstreaming.	Skift Bluetooth-inputtilstand på Remote Microphone+.

### Sikkerhedsoplysninger

#### Påkrævede oplysninger



Affald i form af elektronisk udstyr skal bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser.

#### Instruktioner vedrørende bortskaffelse af elektronisk udstyr

Starkey Hearing Technologies anbefaler, og din lokale lovgivning kræver muligvis, at du bortskaffer din Starkey Hearing Technologies Remote Microphone+ i overensstemmelse med din lokale genbrugs-/bortskaffelsesprocedure for elektronisk udstyr.

Instruktionerne herunder er beregnet for personer, som er involveret i bortskaffelse/genbrug. Du bedes vedlægge denne manual, når du bortskaffer din Remote Microphone+.

#### Kun til bortskaffelses-/genbrugspersonale

Dette produkt indeholder et lithium-ion polymerbatteri. Sådan udtages batteriet:

- Sluk for Remote Microphone+.
- Brug en lille skruetrækker til at adskille husets to halvdele.
- Klip batteriledningerne fra kredsløbskortet over for at undgå utilsigtet kortslutning.
- Brug en bred, flad klinge til at fjerne batteriet fra huset.

#### Tilsigtet anvendelse

Remote Microphone+ er tilbehør til et 2,4 GHz trådløst luftledningshøreapparat. Dets tilsigtede anvendelse er som trådløs sender af lydsignaler fra et udvalg af lydtilknyttede luftledningshøreapparater. Når den bæres af en talende, som er på en vis afstand i støjende omgivelser, fungerer den som høreteknisk hjælpemiddel. Den opretter også forbindelse til teleslyngesignaler, FM-signaler – hvis en Europin FM-modtager er forbundet – analog signalindgangslud og normal Bluetooth-lyd.

Remote Microphone+ er klassificeret som Type B anvendt del i henhold til standarden IEC 60601-1 Medicinsk udstyr.

Remote Microphone+ er udviklet til at overholde de strengeste internationale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet. Du kan dog muligvis alligevel opleve interferens fra elektriske kabler, metaldetektorer i lufthavne, elektromagnetiske felter fra andet medicinsk udstyr, radiosignaler og elektrostatiske udladninger.

Remote Microphone+ er designet til rengøring med en klud, der er fugtet med sæbevand.

Hvis du anvender andet medicinsk udstyr eller implanteret medicinsk udstyr, såsom defibrillator eller pacemaker, og er bekymret for, om Remote Microphone+ eventuelt kan skabe interferens i dit medicinske udstyr, bedes du kontakte din læge eller producenten af dit medicinske udstyr for at modtage oplysninger om risikoen for forstyrrelse.

Remote Microphone+ bør ikke anvendes i forbindelse med en MRI-procedure eller i overtrykammer. Remote Microphone+ er ikke formelt godkendt til anvendelse i eksplosive atmosfærer, såsom eksempelvis kulminer eller visse kemikaliefabrikker.

### Anvendelse ombord på fly

Remote Microphone+ bør ikke anvendes ombord på fly, medmindre der er indhentet specifik tilladelse fra flybesætningen.

### International anvendelse

Remote Microphone+ er godkendt til anvendelse ved radiofrekvenser, der er specifikke for dit land eller din region, og er muligvis ikke godkendt til anvendelse uden for dit land eller din region.

Vær opmærksom på, at anvendelse i forbindelse med udlandsrejse kan afstedkomme interferens med andet elektronisk udstyr, eller andet elektronisk udstyr kan afstedkomme interferens med din Remote Microphone+.

Din Remote Microphone+ er beregnet til at blive anvendt og opbevaret inden for temperaturområdet  $-10^{\circ}\text{C}$  til  $45^{\circ}\text{C}$  og relativ luftfugtighed på 10–95 %.

Det er et lovkrav, at vi giver de følgende advarsler:

**ADVARSEL:** Brugen af Remote Microphone+ i umiddelbar nærhed af andet elektronisk udstyr bør undgås, da det kan medføre forringet ydeevne. Hvis sådan anvendelse er nødvendig, bør du lægge mærke til, om dine høreapparater og det øvrige udstyr fungerer korrekt.

**ADVARSEL:** Anvendelsen af tilbehør, komponenter eller ombytningsdele, der ikke er leveret af producenten for Remote Microphone+, kan medføre øget elektromagnetisk udledning og nedsat elektromagnetisk immunitet og kan medføre forringelse af ydeevnen.

**ADVARSEL:** Brug af bærbare RF-kommunikationsenheder inden for en afstand på 30 cm fra Remote Microphone+ kan medføre forringelse af dine høreapparaters ydeevne. Hvis dette opstår, skal du bevæge dig væk fra kommunikationsudstyret.

## 26 | Sikkerhedsoplysninger

Selvom Remote Microphone+ ikke er formelt certificeret (IP-klasse) for beskyttelse mod indtrængen af støv eller vand, er den testet til IP 5X-niveau i henhold til IEC 60529. Det betyder, at Remote Microphone+ er beskyttet mod støv.

Batteriet i din Remote Microphone+ kan ikke udskiftes. Forsøg ikke at udskifte batteriet. Remote Microphone+ indeholder ikke nogen dele, der kan serviceres af brugeren. Enheden må ikke åbnes eller ændres.

Remote Microphone+ må ikke tilsluttes til nogen enhed, der ikke er beskrevet i denne manual. Den forventede brugslevetid for Remote Microphone+ er 3 år.

### Teknisk beskrivelse af den trådløse funktion

Starkey Hearing Technologies Remote Microphone+ kommunikerer i frekvensbåndet 2,4- 2,4835 GHz med maksimalt effektivt ydelsesniveau på 8 dBm med transmissionsmodulationstype 1M12FXD og 1,1 MHz båndbredde. Modtagerens radiofrekvens har en båndbredde på 2 MHz.

Remote Microphone+ er testet i henhold til og har bestået de følgende udlednings- og immunitetstests:

- IEC 60601-1-2 krav for udstrålede og ledningsbårne emissioner for en Gruppe 1, Klasse B-enhed som angivet i CISPR 11.
- Harmonisk forvrængning og spændingsfluktuation, der påvirker indgangsstrømkilden som angivet i IEC 60601-1-2, Tabel 2.
- Interferensimmunitet mod transmitterede radiofrekvenser ved en feltstyrke på 10 V/m mellem 80 MHz og 2,7 GHz og højere feltstyrker for kommunikationsenheder, som beskrevet i IEC 60601-1-2 Tabel 9.
- Immunitet over for magnetfelter med energirelateret frekvens på et feltniveau på 30 A/m.
- Immunitet over for ledningsbårne elektrostatiske udledninger (ESD) på +/- 8 kV og luftudledninger på +/- 15 kV.
- Interferensimmunitet mod hurtige forbigående elektriske forstyrrelser i strøm-indgangen med en styrke på +/- 2 kV ved en gentagelsesfrekvens på 100 Hz.
- Immunitet over for overspændinger på +/- 1 kV mellem to kabler.
- Immunitet overfor ledningsbårne forstyrrelser forårsaget af radiofrekvensfelter på indgangseffekten som angivet i IEC 60601-1-2 Tabel 6.
- Immunitet overfor spændingsfald og -forstyrrelser på indgangseffekten som angivet i IEC 60601-1-2 Tabel 6.

## Lovbestemmelser

FCC-ID: EOA-24MFA

IC: 6903A-24MFA (Model 900)

### FCC/IC-Regulering

Denne enhed overholder del 15 i Federal Communications Commission (FCC) regler og ISED Canadas licensfritagne radiostandardspecifikationer (RSS). Anvendelsen er underlagt følgende to betingelser:

(1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift af enheden.

**BEMÆRK:** Producenten er ikke ansvarlig for radio- eller billedinterferens forårsaget af uautoriserede ændringer foretaget på dette udstyr. Sådanne ændringer kan ophæve brugerens tilladelse til at bruge enheden

Starkey Hearing Technologies erklærer hermed, at Remote Microphone+ fra Starkey Hearing Technologies opfylder de væsentlige krav og andre relevante regler i direktiv 2014/53/EU. En kopi af overensstemmelseserklæringen findes på følgende adresser og [docs.starkeyhearingtechnologies.com](https://docs.starkeyhearingtechnologies.com)

## 28 | Lovbestemmelser

---

Starkey Hearing Technologies  
6700 Washington Ave. South  
Eden Prairie, MN 55344 USA



EC REP

Starkey Laboratories (Germany) GmbH  
Weg beim Jäger 218-222  
22335 Hamburg  
Tyskland



Denne enhed producerer radiofrekvensenergi. Der kan opstå interferens i nærheden af udstyr mærket med det følgende symbol.



Klasse II-enhed



Skal bortskaffes korrekt



Der henvises til brugermanualen







## Bemærkninger

Horizontal lines for taking notes.







Bemærkninger

Lined area for notes with horizontal ruling lines.





Starkey-logoet, Starkey Hearing Technologies og Thrive er varemærker  
tilhørende Starkey Laboratories, Inc.  
© 2019 Starkey. Alle rettigheder forbeholdt.  
86165-007 12/19 BKLT3010-03-EE-SG

